PENTAX

ＨＯＹＡ株式会社
PENTAX ライフケア事業部 医用機器S BU
〒196-0012 東京都昭島市つつじが丘 1－1－110
昭和の森技術センター
TEL：(042) 500-5833 FAX：(042) 500-5842

2010 年 8 月 5 日

お客様各位

発行 No.H R-CA5-0022

HOYA株式会社 ライフケア事業部
医用機器S BU 品質保証部

バッテリー式内視鏡用光源装置 BS-LH 1/LH2/LL 1 に関するお知らせ

拝 啓

平素よりペンタックス製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

この度中国の病院におきまして、弊社製ハロゲン光源装置 BS-LH2 に装着されたリチウム電池が内視鏡検査施行中に破裂し、術者が熱傷を負うという事故が発生致しました。調査の結果、この医療施設では弊社が安全性を確認し、取扱説明書で指定したリチウム電池を使用していませんでした。

＊弊社指定のリチウム電池は以下 3 種になります。

DURACELL DL123A , PANASONIC CR 123 A , SANYO CR123A

弊社のハロゲン光源装置（BS-LH1/BS-LH2/BS－LL1）をご愛用のお客様におかれましては、当該装置の取扱説明書にて指定したリチウム電池を必ずご使用下さいます様お願い申し上げます。上記以外のリチウム電池をご使用の場合は、直ちに指定の電池へ交換下さいます様重ねてお願い申しあげます。

尚、弊社指定のリチウム電池は充電タイプではございません。充電タイプでないリチウム一次電池に充電されますと、発火、爆発等の事故を引き起こす可能性がございますので、充電は絶対におやめ下さい。また、社団法人電池工業会より電池の模造品や改造品に対する注意喚起文が出されておりますので、ご購入の際には十分にご注意下さいます様お願い申し上げます。

今後とも、弊社製品をご愛用の程宜しくお願い申し上げます。

敬 具

ＨＯＹＡ株式会社 医用機器SBU 日本営業本部
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3－16－3 アーバンネット池袋ビル 13Ｆ
電話番号： (03) 5953 - 2590
FAX番号： (03) 5953 - 2594